



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY NR 6
ŚLĄSKIEGO UNIwersYTETU
MEDYCZNEGO W KATOWICACH
Górnośląskie Centrum Zdrowia
Dziecka im. Jana Pawła II

L.dz./ZW/DZP/ETS/...../18

Katowice / 29.06.2018 r.

**Do Wszystkich Wykonawców
Przetargu Nieograniczonego nr PN/46/18**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu i aparatury medycznej (II)”, numer postępowania PN/46/18.

Dyrektor

mgr inż.
Marian Kreis

ul. Medyków 16
40-752 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 207 15 00
fax: 32 207 15 46

sekretariat@gczd.katowice.pl
www.gczd.katowice.pl

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach przy ulicy Medyków 16, informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania. Poniżej podajemy treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie 1 dot. pakietu 9: Kamera do nawigacji neurochirurgicznej - 1 sztuka

Lp.	Parametry wymagane*
	Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2017/2018

Prosimy o dopuszczenie również możliwości zaoferowania kamery rekondycjonowanej o parametrach wymaganych przez Zamawiającego z gwarancją minimum 12 miesięcy.

Powyższe warunkowane jest aktualną niedostępnością nowych urządzeń u producenta systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dot. pakietu 9: Kamera do nawigacji neurochirurgicznej - 1 sztuka

Lp.	PARAMETRY
I.	Parametry ogólne kamery
1.	Kamera systemowa kompatybilna z systemem do neuronawigacji Navi Cart posiadanej przez Zamawiającego

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga kamery systemowej kompatybilnej z systemem do neuronawigacji StealthStation S7, tzn dla zastosowań neurochirurgicznych ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zaoferowanie kamery kompatybilnej z posiadanym systemem do neuronawigacji StealthStation S7.

Pytanie 3 dot. pakietu 9: Kamera do nawigacji neurochirurgicznej - 1 sztuka

„Okres zapewnienia usług pogwarancyjnych i dostępności części zamiennych w latach:

Wymagany: min 10 lat

Oferowany:

CERTYFIKATY
JAKOŚCI:



2



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY NR 6
ŚLĄSKIEGO UNIwersYTETU
MEDYCZNEGO W KATOWICACH
Górnośląskie Centrum Zdrowia
Dziecka im. Jana Pawła II

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z okresem zapewnienia usług pogwarancyjnych i dostępności części zamiennych w latach : min. 4 lata.

Kamera jest częścią systemu neuronawigacji, dla którego dostępność części w tym kamery jest ograniczona przez producenta systemu do 2023 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje następującej zmiany:

a) Załącznik 3.9 parametry techniczne: Kamera do nawigacji neurochirurgicznej - 1 sztuka

Parametry ogólne kamery podpunkt 1:

jest:

Kamera systemowa kompatybilna z systemem do neuronawigacji Navi Cart posiadanej przez Zamawiającego

powinno być:

Kamera systemowa kompatybilna z systemem do neuronawigacji [StealthStation S7](#) posiadanej przez Zamawiającego.

z upoważnienia
DYREKTORA
Główny Księgowy
Aleksandra Gapińska

Załączniki:

- Parametry techniczne po modyfikacji (3.1-3.9: modyfikacja w zakresie pakietu 3.9);