



Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka  
im. św. Jana Pawła II  
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach

L.dz./ZW/DZP/BW/556/20

Katowice / 08.06.2020 r.

**SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA**  
**O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Dyrektor

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 144 000 euro, na **dostawy drobnego sprzętu medycznego jałowego (II)**, numer PN/73/19.

Dyrektor

mgr inż.  
Marian Kreis

ul. Medyków 16  
40-752 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 207 15 00  
fax: 32 207 15 46

sekretariat@gczd.katowice.pl  
www.gczd.katowice.pl

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ulicy Medyków 16 zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że dokonuje sprostowania do wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, numer PN/73/19, na **dostawy drobnego sprzętu medycznego jałowego (II)**:

Jest:

**Dla Pakietu nr 16,18,47 została wybrana oferta firmy:**

Bialmed Sp. z o. o.  
ul. Kazimierzowska 46/48/35  
02-546 Warszawa  
Winno być:

**Dla Pakietu nr 18,47 została wybrana oferta firmy:**

Bialmed Sp. z o. o.  
ul. Kazimierzowska 46/48/35  
02-546 Warszawa

Jednocześnie Zamawiający informuje, że postępowanie dla Pakietu nr 16 zostało unieważnione:

- na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.7 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

**Uzasadnienie:** Dokonywany przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych postanowieniach późniejszej umowy. Art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nakłada na Zamawiającego obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Różnice w rozmiarach elektrod z Pakietu 16 poz.1 i 3 wynikają jednoznacznie z różnych sposobów w jaki typowa elektroda EKG może być zmierzona.

CERTYFIKATY  
JAKOŚCI:



2



Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka  
im. św. Jana Pawła II  
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach

Dodatkowo, Zamawiający nie sprecyzował w SIWZ, czy elektrody mają posiadać dodatkowy element zwany języczkiem.

W związku z tym, Zamawiający kierując się nadrzędną zasadą rządzącą postępowaniem o udzielenie zamówienia wyrażoną w art. 7 ust. 1 - zasadą równego traktowania Wykonawców oraz zachowaniu uczciwej konkurencji, nie jest w stanie dokonać takiego wyboru.

Przepis art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp nakłada na Zamawiającego obowiązek unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z treścią tego przepisu koresponduje art. 146 ust. 6 ustawy Pzp, który upoważnia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do wystąpienia o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający, ma obowiązek unieważnienia postępowania, jeżeli opisał przedmiot zamówienia nie w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty jak wymaga tego ustawa.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*E. Tytec-Sójka*  
Ewelina Tytec-Sójka