



Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka
im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

L.dz./ZW/DZP/MM/.10.75.../18

Katowice / 08.10.2018 r.

Do Wszystkich Wykonawców
Przetargu Nieograniczonego nr PN/65/18

Dyrektor

mgr inż.
Marian Kreis

ul. Medyków 16
40-752 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 207 15 00
fax: 32 207 15 46

sekretariat@gczd.katowice.pl
www.gczd.katowice.pl

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 144 000 euro, **na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego, PN/65/18.**

Zamawiający, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ulicy Medyków 16, informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania. Poniżej podajemy treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy załącznika nr 3 tabela parametry wymagane:

Ad. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, dokonującego pomiaru wykrzepiania metodą mechaniczną(zamiast optycznej)? Zapytanie argumentujemy faktem, że metoda ta jest nie wrażliwa na wszelkie zabarwienia osocza takie jak hemoliza, wysoka bilirubina czy lipemia przewyższając tym samym metodę optyczną. Metoda mechaniczna jest również bardziej czuła na pomiary słabych skrzepów. Metoda mechaniczna jest metodą polecaną przez CLSI.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy załącznika nr 3 tabela parametry wymagane:

Ad. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do PT w oparciu o tromboplastynę ludzką rekombinowaną o ISI o wartości 1.00 +/- 0.10?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Dotyczy załącznika nr 3 tabela parametry wymagane:

Ad. 20 Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie analizatora umożliwiającego elastyczne doładowywanie próbek, kuwetek oraz odczynników płuczających w trakcie pracy? Odczynniki mogą być doładowywane wyłącznie w momencie zakończenia rozpoczętych oznaczeń.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

CERTYFIKATY
JAKOŚCI:



Czysty Szpital





Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka
im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje następującej zmiany w SIWZ:

Część A II – (TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) pkt 6

Jest:

Dzierżawiony analizator zostanie zainstalowany w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zamawiającego.

Powinno być:

Dzierżawiony analizator zostanie zainstalowany w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego.

Część B IX (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT) pkt 1

Jest:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
ul. Medyków 16; 40-752 Katowice

Powinno być:

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 16; 40-752 Katowice

z upoważnienia
D Y R E K T O R A
Główny Księgowy
Aleksandra Gapińska

8.10.18