



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY NR 6
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W KATOWICACH
Górnośląskie Centrum Zdrowia
Dziecka im. Jana Pawła II

L.dz./ZW/DZP/BW/...../18

Katowice / 11.06.2018 r.

**Do Wszystkich Wykonawców
Przetargu Nieograniczonego nr PN/33/18**

Dyrektor

mgr inż.
Marian Kreis

ul. Medyków 16
40-752 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 207 15 00
fax: 32 207 15 46

sekretariat@gczd.katowice.pl
www.gczd.katowice.pl

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 144 000 euro, na **dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii, PN/33/18.**

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach przy ulicy Medyków 16, informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania.

Poniżej podajemy treść pytań oraz odpowiedzi.

Pytanie 1 dot. pakietu 10

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 – Prowadniki hydrofilne (1) dopuści zaoferowanie prowadników hydrofilnych o końcówce zagiętej pod kątem 45 stopni zamiast końcówki typu J, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 dot. pakietu 16

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 dopuści zaoferowanie prowadników hydrofilnych o poniższych parametrach:

- w pozycji nr 1 Prowadniki hydrofilne nitinolowe długość 260 cm;
- w pozycji nr 2 Prowadniki hydrofilne nitinolowe długość 150-180 cm;

Dla obu pozycji parametry:

- średnice 0,018"; 0,025"; 0,032"; 0,035"; 0,038".
- dostępna długość ściętej końcówki rdzenia (taper) 3cm,
- końcówka prosta, zagięta 45 stopni,
- rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej,
- trwała powłoka hydrofilna na całej długości,
- atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu,
- dostępne w wersji o standardowej sztywności i sztywnej,
- dostępne w opcji z kształtowalną końcówką?

Zgoda zamawiającego umożliwi naszej firmie na przystąpienie do przetargu i zaoferowanie wyrobów najwyższej jakości - prowadników duńskiej firmy SP Medical.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

CERTYFIKATY
JAKOŚCI:



Czysty Szpital



DYREKTOR

Marian Kreis