



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SZPITAL KLINICZNY NR 6  
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU  
MEDYCZNEGO W KATOWICACH  
Górnośląskie Centrum Zdrowia  
Dziecka im. Jana Pawła II

L.dz./ZW/DEAG/*M76*/AM/07/18

Katowice, dn. 11.07.2018r.

## Do wszystkich Oferentów

### Dyrektor

mgr inż.  
Marian Kreis

ul. Medyków 16  
40-752 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 207 15 00  
fax: 32 207 15 46

[sekretariat@gczd.katowice.pl](mailto:sekretariat@gczd.katowice.pl)  
[www.gczd.katowice.pl](http://www.gczd.katowice.pl)

Dotyczy: wynajęcia lokalu o powierzchni 432,7 m<sup>2</sup>, znajdującego się w segmencie K-9 i K-11, na poziomie „-1” Szpitala, z przeznaczeniem na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych na okres 35 miesięcy tj. od dnia 01.08.2018r. do dnia 30.06.2021r.

Organizator - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach, informuje wszystkich Oferentów, że wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania.

Poniżej podajemy treść pytań oraz odpowiedzi:

#### Pyt. 1 - Dotyczy: Szczegółowych Warunków Przetargu (SWP)

Organizator jak widać z wymagań konkursowych przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa informacji.

#### Czy zatem Organizator będzie wymagał, żeby Oferent posiadał certyfikat ISO / IEC 27001:2013 – System Zarządzania Bezpieczeństwem informacji?

Uzasadnienie:

Taki system potwierdzony certyfikatem jest szczególnie ważny w związku z tym, że 25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące ochronę danych, w istotny sposób zwiększające zakres ochrony tego typu zasobów. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli RODO (Regulacja o Ochronie Danych Osobowych) dotyczy wszystkich przedsiębiorstw oraz instytucji przetwarzających lub gromadzących dane osobowe osób przebywających w krajach UE. Według RODO, dane osobowe są krytycznymi informacjami, które muszą chronić wszystkie organizacje. Wdrożony system ISO 27001:2013 pokrywa większość z wymagań rozporządzenia RODO, co za tym idzie Zamawiający od początku podjętej współpracy będzie miał gwarancję bezpieczeństwa informacji na najwyższym poziomie.

#### ODPOWIEŹ:

Organizator nie wymaga posiadania certyfikatu ISO/IEC 27001:2013 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, gdyż w ramach umowy na świadczenia zdrowotne udzielane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą nie będzie powierzanych danych osobowych (§ 7 wzoru umowy na świadczenia zdrowotne – Załącznik nr 6 do SWP).

CERTYFIKATY  
JAKOŚCI:



Czysty Szpital





SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SZPITAL KLINICZNY NR 6  
ŚLĄSKIEGO UNIwersYTETU  
MEDYCZNEGO W KATOWICACH  
Górnośląskie Centrum Zdrowia  
Dziecka im. Jana Pawła II

**Pyt. 2 – Dotyczy SWP rozdział XIII ust. 6**

**Czy Organizator w okresie od 1 sierpnia 2018r. do czasu zgodnego z ust. 5 rozdziału XIII SWP w celu zapewnienia ciągłości wykonywania świadczeń zdrowotnych, dopuści wykonywanie badań w pobliskiej pracowni Rezonansu Magnetycznego, przy czym Oferent zabezpieczy na swój koszt transport medyczny pacjenta?**

Uzasadnienie:

Powyższe rozwiązanie pozwoli uniknąć wysokich kosztów wynajmu mobilnego rezonansu magnetycznego, a także pozwoli w równym stopniu zabezpieczyć ciągłość wykonywanych badań.

**ODPOWIEDŹ:**

**Organizator nie wyraża zgody, zgodnie z SWP.**

**Pyt. 3 – Dotyczy SWP**

Zgodnie z rozdziałem VIII ust. 1 Organizator wymaga wnieścia wadium w wysokości 10.000,00 zł. Natomiast w Załączniku nr 2 do SWP w oświadczeniu (pkt. 7) zobowiązuje Oferenta, który odmówi podpisania umowy do zapłaty kary w wysokości 15.000,00 zł.

**Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ujednoczenie zapisów.**

Należy zwrócić uwagę, że utrata wadium przetargowego jest przewidziana również w sytuacji, gdy Oferent odmówi podpisania umowy.

**ODPOWIEDŹ:**

**Organizator nie dopuszcza zmian w zapisach SWP – pkt VIII ust.1, w zakresie wymaganej wysokości wnieścia wadium, jak również nie dopuszcza zmian w zapisach ust. 7 Załącznika nr 2 do SWP pn. „Oświadczenie”. Zobowiązanie wynikające z ust. 7 Załącznika nr 2 do SWP stanowi dodatkową karę dla Oferenta, który odstąpi/odmówi podpisania umowy najmu oraz umowy na świadczenia zdrowotne w sytuacji, gdzie jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.**

**Pyt. 4 - Dotyczy Załącznika nr 8 do SWP**

**Czy Organizator w punkcie 1.5 tabeli z minimalnym parametrami technicznymi rezonansu magnetycznego będzie wymagał średnicy otworu dla pacjenta o wartości  $\geq 70$ cm?**

Pragniemy zauważyć, że średnica gantry jest parametrem mającym istotne znaczenie z punktu widzenia użytkownika i pacjenta.

Większa średnica otworu gantry to łatwiejszy dostęp do pacjentów, lepsze możliwości pozycjonowania pacjenta w gantry, wygodniejsze pozycjonowanie pacjentów podłączonych do aparatury medycznej oraz pacjentów z urazami.

Należy również nadmienić, iż im większa średnica gantry tym mniejsze ryzyko wystąpienia efektów klaustrofobicznych. Większa średnica, zmniejsza uczucie zamknięcia, niepokoju oraz zmniejsza dyskomfort odczuwany podczas badania, co jest szczególnie istotne dla najmłodszych pacjentów.

**ODPOWIEDŹ:**

**Organizator nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie rezonansu magnetycznego ze średnicą otworu dla pacjenta o wartości  $\geq 70$ cm.**

**DYREKTOR**

Marian Kreis