Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka
im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

L.dz./ZW/DZP/MM/.1084../18

Katowice / 10.10.2018 r.

Do Wszystkich Wykonawców
Przetargu Nieograniczonego nr PN/63/18

Dyrektor

mgr inż.
Marian Kreis

ul. Medyków 16
40-752 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 207 15 00
fax: 32 207 15 46

sekretariat@gczd.katowice.pl
www.gczd.katowice.pl

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 144 000 euro, **na dostawę odczynników wraz z dzierżawą gazometru dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, PN/63/18.**

Zamawiający, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ulicy Medyków 16, informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania. Poniżej podajemy treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora pracującego w oparciu o 3 wymienne elementy: kasetę odczynnikowo-kalibracyjną zawierającą pojemnik na odpady, kasetę zawierającą materiał kontrolne oraz kartridż z czujnikami pomiarowymi, którego łączny dobowy czas kalibracji wynosi 94 minuty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga analizator z modułem automatycznej kontroli jakości ?

Odpowiedź:

Analizator w pełni automatyczny, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści czujniki pomiarowe stabilne 21 dni ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści zewnętrzny czytnik kodów kreskowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania , kapilar, zatyczek do kapilar oraz mieszadełek ?

Odpowiedź:

Nie.

CERTYFIKATY JAKOŚCI:
CERTYFIKAT 2015/11
Czysty Szpital
CERTYFIKACJA SYSTEMU JAKOŚCI DNV·GL ISO 9001

M8

Pytanie nr 6

Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Par. 3 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Par. 4 ust. 5, ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia" na „zwłoki"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Par. 6 ust. 2-4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Par. 6 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Par. 6 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Par. 6 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Par. 6 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy"?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis §6 ust. 10 na następujący:

Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu niewykorzystania w trakcie trwania umowy pełnej ilości przedmiotu umowy określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Ilości podane w ofercie przetargowej są ilościami orientacyjnymi, a faktyczna ilość zamówionych wyrobów wynikać będzie z bieżących zapotrzebowań Zamawiającego – do wartości brutto kwoty umowy. Zamawiający zobowiązuje się jednak do zamówienia nie mniej niż 5 % ilości podanych w ofercie (zwanej w dalszej części minimalnym zakresem zamówienia). Powyższe zobowiązanie nie ma zastosowania do Zamawiającego w przypadku podjęcia decyzji o likwidacji Szpitala.

Pytanie nr 16

Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Par. 6 ust. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie: Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do

przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Par. 8 ust. 2 lit. c-d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia na zapis o następującym brzmieniu:

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania Umowy, Strony postanawiają, że do cen netto przedmiotów objętych umową doliczany będzie podatek od towarów i usług według nowej stawki od momentu wejścia w życie nowej stawki podatku VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Par. 8 ust. 6-8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Dot. Załącznik 4.1 - wzór umowy dzierżawy

Par. 2 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Dot. Załącznik 4.1 - wzór umowy dzierżawy

Par. 3 ust. 4, ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Dot. Załącznik 4.1 - wzór umowy dzierżawy

Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,nieodpłatnego" na ,,w ramach czynszu dzierżawnego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22

Dot. Załącznik 4.1 - wzór umowy dzierżawy

Par. 4 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23

Dot. Załącznik 4.1 - wzór umowy dzierżawy

Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Dot. Załącznik 4.1 - wzór umowy dzierżawy

Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

Dot. Załącznik 4.1 - wzór umowy dzierżawy

Par. 7 ust. 1, ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia" na „zwłoki"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

Dot. Załącznik 4.1 - wzór umowy dzierżawy

Par. 7 ust. 1, ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

Dot. Załącznik 4.1 - wzór umowy dzierżawy

Par. 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28

Dot. Załącznik 4.1 - wzór umowy dzierżawy

Par. 7 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29

Dot. Załącznik 4.1 - wzór umowy dzierżawy

Par. 9 ust. 2 lit. a-b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia na zapis o następującym brzmieniu:

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania Umowy, Strony postanawiają, że do cen netto przedmiotów objętych umową doliczany będzie podatek od towarów i usług według nowej stawki od momentu wejścia w życie nowej stawki podatku VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

Dot. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Par. 4 ust. 2 lit. i, Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 31

Ad. Pkt.2 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator w którym wszystkie elementy wymienialne takie jak odczynniki, płyny kontrolne, walidacyjne, myjące, hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki oraz sensory znajdują się w jednej kasecie odczynnikowo-sensorowej i który wyposażony jest w Inteligentny System Zarządzania Jakością (iQM), który powstał przy współudziale profesora Westgarda? W systemie iQM kalibracja sensorów/elementów pomiarowych dla poszczególnych parametrów jest ustawiona fabrycznie i zapisana elektronicznie w czipie każdej kasety odczynnikowo-sensorowej. Po instalacji kasety przeprowadzana jest automatyczna autowalidacja za pomocą wewnętrznych roztworów w celu sprawdzenia integralności kasety w tym m. in. sprawdzenia fabrycznej kalibracji dla wszystkich parametrów. Po pomyślnej walidacji kasety włącza się automatyczna kontrola iQM, która działa przez cały okres żywotności kasety. iQM w sposób automatyczny, bez dodatkowych kosztów przeprowadza kontrolę za pomocą płynów kontrolnych PCS znajdujących się w kasecie odczynnikowo-sensorowej. Automatyczna kontrola przeprowadzana jest co najmniej po każdym oznaczeniu. iQM dodatkowo wykrywa powszechne błędy m.in. mikroskrzepy, pęcherze powietrza, substancje mogące wywoływać

interferencje, przeprowadza automatyczne czynności naprawcze oraz dokumentuje zarówno wykryte błędy jak i przeprowadzone działania korygujące.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32

Ad.pkt3 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator, który nie ma możliwości wielokrotnej instalacji i deinstalacji kasety w celu usunięcia niedrożności ponieważ mikroskrzepy usuwane są przez system w sposób całkowicie automatyczny? W oferowanym analizatorze nie ma potrzeby ręcznego usuwania niedrożności/mikroskrzepów co jest niezwykle korzystne ze względu na ryzyko biohazardu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

Ad.pkt 4 parametrów wymaganych

Czy Zamawiający pod pojęciem procedur konserwacyjnych rozumie także czynności takie jak wymiana uchwytu uszczelki wlotu lub odbiałczanie sondy aspirującej?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 34

Ad.pkt.5 parametrów wymaganych

Czy w związku z wymogiem automatycznej kalibracji Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zewnętrznych materiałów kalibracyjnych niezależnie od tego czy będą podawane przez użytkownika czy też serwis?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale tylko w przypadku działań wykorzystywanych przez serwis.

Pytanie nr 35

Ad.pkt 1 będący przedmiotem oceny

Czy Zamawiający oceni równoważnie do możliwości wykonania badania z jak najmniejszej objętości próbki i tym samym przyzna 30 pkt systemowi, który wyposażony jest w najnowocześniejszą technologię IntraSpect pozwalającą na bezkosztowe przeprowadzenie kontroli jakości w trakcie trwania każdego oznaczenia co pozwala na wyrywanie tzw. błędów przejściowych, które niewykryte mogą skutkować wydaniem błędnych wyników?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36

Dotyczy zał. nr 3 podpunkt nr 1

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści analizator, który mierzy hemoglobinę a Hct jest parametrem wyliczanym ze zmierzonej w oksymetrze hemoglobiny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37

Dotyczy zał. nr 3 podpunkt nr 5

Czy Zamawiający dopuści analizator z codzienną automatyczną kalibracją tHb, w którym min. raz na 6 miesięcy wymagana jest jednorazowa kalibracja hemoglobiny za pomocą kalibratora zewnętrznego? Kalibracja ta wykonywana jest przez autoryzowany serwis producenta podczas rutynowego przeglądu okresowego raz na 6 miesięcy, tym samym w żaden sposób nie obciąża Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38

Dotyczy zał. nr 3 podpunkt nr 11

W tabeli „Parametry techniczne gazometru dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii" Zamawiający określił wymóg „dwukierunkowa komunikacja"

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli to że analizator ma mieć możliwość dwukierunkowej komunikacji, czy też czy ma przyjmować i wysyłać dane pacjenta oraz wyniki do systemu HIS Zamawiającego. W tym przypadku prosimy o wskazanie z jakim systemem analizator ma współpracować i czy potrzebne do tego będą dodatkowe elementy takie jak itp. komputer, monitor, drukarka itp.

Odpowiedź:

Analizator ma współpracować z systemem ASSECO INFOMEDICA.

Pytanie nr 39

Dotyczy zał. nr 3 podpunkt nr 7

Zamawiający wymaga menu w języku polskim. Czy Zamawiający dopuści analizator w którym podstawowe menu jest w języku polskim, ale menu rozszerzone dostępne jest w języku angielskim.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40

Dotyczy zał. nr 3

Jeżeli Zamawiający określi wymóg „dwukierunkowa komunikacja" – jako przyjmowanie i wysyłanie danych pacjenta oraz wyników do systemu HIS Zamawiającego, prosimy o informację, czy Zamawiający zechce pośredniczyć w uzyskaniu od firmy dostarczającej system HIS oferty na takie podłączenie? Z długoletnich doświadczeń we współpracy z firmami informatycznymi wynika iż Szpital zawsze otrzymuje dużo lepszą, niższą ofertę cenową na takie podłączenie. Jako oferent chcemy pokryć koszty takiego podłączenie jednak w dobie szukania oszczędności na każdym kroku, taka pomoc ze strony Szpitala pozwoliłaby na uzyskanie dużo atrakcyjniejszej ceny na wymagane podłączenie analizatora do istniejącego w szpitalu systemu informatycznego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka
im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje następującej zmiany w SIWZ:

Załącznik nr 3—Parametry techniczne

Punkt 11 - dwukierunkowa komunikacja Zamawiający dopisuje podłączenie gazometru do istniejącego w szpitalu systemu informatycznego.

Punkt 14 – W ramach czynszu dzierżawnego serwis oraz przeglądy w trakcie trwania umowy 7 dni w tygodniu. Wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym bez biur pośredniczących.

~~do istniejącego w szpitalu systemu informatycznego.~~

Punkt 15 – Wydzierżawiający w ramach czynszu dzierżawnego dokonywać będzie przeglądów/badań technicznych przedmiotu umowy, co najmniej 1 x w roku i dodatkowo na każde wezwanie Dzierżawcy przeglądów aparatu/serwisu w razie stwierdzenia niesprawności przedmiotu umowy. W momencie montażu urządzenia i każdorazowo po dokonanym przeglądzie/badaniu, Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy świadectwo bezpieczeństwa lub dokona wpisu w paszporcie technicznym, potwierdzając tym samym sprawność dzierżawionego urządzenia.

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Zamawiający zmienia zapis §6 ust. 10 na następujący:

Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu niewykorzystania w trakcie trwania umowy pełnej ilości przedmiotu umowy określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Ilości podane w ofercie przetargowej są ilościami orientacyjnymi, a faktyczna ilość zamówionych wyrobów wynikać będzie z bieżących zapotrzebowań Zamawiającego – do wartości brutto kwoty umowy. Zamawiający zobowiązuje się jednak do zamówienia nie mniej niż 5 % ilości podanych w ofercie (zwanej w dalszej części minimalnym zakresem zamówienia). Powyższe zobowiązanie nie ma zastosowania do Zamawiającego w przypadku podjęcia decyzji o likwidacji Szpitala.

Załącznik nr 4.1 – Wzór umowy dzierżawy

Zamawiający zmienia zapis §4 ust. 3 na następujący:

Wydzierżawiający zobowiązuje się w ramach czynszu dzierżawnego do serwisu/okresowych przeglądów, konserwacji i napraw (w tym pokrywania kosztów części zamiennych, dojazdu) przedmiotu dzierżawy w okresie trwania umowy, tak by przedmiot umowy nadawał się do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, w każdym czasie.

Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 4.2 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

W przypadku zaoferowania analizatora dopuszczonego w/w pismem Zamawiający prosi o podanie w załączniku nr 3 – Parametry techniczne numer pytania.

W związku z dokonaną zmianą Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej po modyfikacji załącznik nr 3 –Parametry techniczne, wzory umów załącznik nr 4, 4.1, 4.2.

DYREKTOR
Marian Kreis

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Ewelina Tylec-Sojka