



Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka
im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

L.dz./ZW/DZP/ETS/1088/18

Katowice / 15.10.2018 r.

Do Wszystkich Wykonawców
Przetargu Nieograniczonego nr PN/71/18

Dyrektor

mgr inż.
Marian Kreis

ul. Medyków 16
40-752 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 207 15 00
fax: 32 207 15 46

sekretariat@gczd.katowice.pl
www.gczd.katowice.pl

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 144 000 euro, na **zakup angiografu dwupłaszczyznowego, PN/71/18.**

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ulicy Medyków 16, informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęło pytanie dotyczące w/w postępowania.

Poniżej podajemy treść pytania oraz odpowiedź:

Pytanie 1

W załączniku nr 3.1. „Opis przedmiotu zamówienia”, w punkcie 182, znajduje się następujący zapis dotyczący wymagań systemu zasilania awaryjnego UPS:

„System zasilania awaryjnego UPS gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania w czasie NIE krótszym niż 10 min. Dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego, wymagane zapewnienie min. Fluoroskopii, fluorografii w pełnym zakresie, ruchów stołu i statywu z zdefiniowanym powyżej czasie”.

Czy powyższy zapis oznacza dostawę jednego, dedykowanego do angiografu zasilacza UPS, którego moc znamionowa zagwarantuje pełną moc przetężeniową wszystkich powyżej opisanych funkcji aparatu, bez konieczności korzystania z dodatkowej jednostki UPS?

Odpowiedź:

Zapis w punkcie 182 załącznika nr 3.1 "Opis przedmiotu zamówienia" o treści : „System zasilania awaryjnego UPS gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania w czasie NIE krótszym niż 10 min. Dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego, wymagane zapewnienie min. Fluoroskopii, fluorografii w pełnym zakresie, ruchów stołu i statywu z zdefiniowanym powyżej czasie” oznacza dostawę jednego, dedykowanego do angiografu zasilacza UPS, którego moc znamionowa zagwarantuje pełną moc przetężeniową wszystkich powyżej opisanych funkcji aparatu, bez konieczności korzystania z dodatkowej jednostki UPS.

CERTYFIKATY
JAKOŚCI:



DYREKTOR

Marian Kreis