Górnośląskie Centrum Zdrowia
Dziecka im. św. Jana Pawła II
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY NR 6
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W KATOWICACH

L.dz./ZW/DZP/BW/...81..../19

Katowice 18.01.2019 r.

Do Wszystkich Wykonawców
Przetargu Nieograniczonego nr PN/82/18

Dyrektor

mgr inż.
Marian Kreis

ul. Medyków 16
40-752 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 207 15 00
fax: 32 207 15 46

sekretariat@gczd.katowice.pl
www.gczd.katowice.pl

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 144 000 euro, na **dostawy pomp baclofenowych wraz z zestawami do ponownego napełniania**, PN/82/18.

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach przy ulicy Medyków 16, informuje wszystkich Wykonawców, że wpłynęły pytania dotyczące w/w postępowania. Poniżej podajemy treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana pompa gwarantowała 180 dni stabilności baklofenu w zbiorniku pompy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowana pompa gwarantowała 180 dni stabilności baklofenu w zbiorniku pompy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana pompa umożliwiała zaprogramowanie następujących trybów: pojedynczy bolus, bolus służący przepłukaniu urządzenia, bolus przy zmianie roztworów, ciągły, zmienny, szybkość minimalna?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowana pompa umożliwiała zaprogramowanie następujących trybów: pojedynczy bolus, bolus służący przepłukaniu urządzenia, bolus przy zmianie roztworów, ciągły, zmienny, szybkość minimalna.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje następującej zmiany w SIWZ:
- w Załączniku nr 2 specyfikacji asortymentowo-cenowej w poz. 1 modyfikuje się zapis: „Wszczepialna, programowalna pompa infuzyjna do podawania substancji czynnej do kanału kręgowego, z możliwością ustawienia wielkości dawki i szybkości przepływu. Pompa wykonana z tytanu, dostępne objętości zbiornika pompy 40ml i 20ml.Pompa gwarantująca 180 dni stabilności baklofenu w zbiorniku pompy, umożliwiająca zaprogramowanie nastepujacych trybów: pojedynczy bolus, bolus służący przepłukaniu urządzenia, bolus przy zmianie roztworów, ciągły, zmienny, szybkość minimalna. Zestaw zawiera cewnik dokanałowy, zawiera tunelizator, zawiera wszystkie konieczne łączniki i elementy niezbędne do implantacji pompy"

W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej po modyfikacji specyfikację asortymentowo-cenową- załącznik nr 2.

CERTYFIKATY JAKOŚCI:
CERTYFIKAT 2015/11
Czysty Szpital
CERTYFIKACJA SYSTEMU JAKOŚCI DNV·GL ISO 9001

DYREKTOR
Marian Kreis

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Ewa Trylec-Sojka